

Numer zapytania	Z828/3/1
Tytuł zapytania	Ssak elektryczny z zasilaniem akumulatorowo sieciowym na wózku jezdny
Kupiec prowadzący:	Szczypel, Iwona
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-02-03 10:47:05
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-03 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-02-10 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-02-10 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o ofertę na ssak elektryczny z zasilaniem akumulatorowo sieciowym na wózku jezdnym.

Urządzenie przeznaczone do odsysania m.in. krwi, wydzielin i pokarmu z jamy ustnej, nosowo-gardłowej przeznaczony do pracy w salach szpitalnych oraz warunkach pozaszpitalnych (ratownictwo medyczne, transport medyczny, uczelnie medyczne)

- Minimalne podciśnienie 84 kPa
- Płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła wraz ze wskazaniem poziomu podciśnienia
- Min. wydajność ssania 30l/min
- Zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie o pojemności 1l lub 1,7l
- Filtr antybakteryjny wraz z zabezpieczeniem przed przepełnieniem
- Przełącznik ON/OFF – wodoodporny z osłoną
- Zasilanie, ładowanie ssaka z akumulatora oraz 12VDC
- Min. czas pracy na zasilaniu akumulatorowym 65 min.
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Waga ssaka (bez podstawy jezdnej) maksymalnie 4,2 kg
- Ssak generujący hałas na poziomie maksymalnie 49 dB
- Możliwość zastosowania zasilacza 230 VAC (w zestawie z urządzeniem)
- Możliwość zastosowania uchwytu ściennego (w zestawie z urządzeniem) oraz możliwość wyboru przez Zamawiającego uchwytu kartkowego z zintegrowanym ładowaniem wg normy EN1789/10G dla wybranej ilości ssaków
- Możliwość stosowania wkładów jednorazowych
- Wymiary urządzenia (bez podstawy jezdnej) maksymalnie 25x43x16 cm
- Okres gwarancji min. 24 miesiące.

Do sprzętu zostanie przeprowadzone **szkolenie** dla co najmniej 2 nauczycieli akademickich. Szkolenie zostanie nagrane przez Zamawiającego i będzie służyło wewnętrznym potrzebom Zamawiającego. Dopuszczalne jest także nagranie szkolenia przez Oferenta i dostarczenie go wraz ze sprzętem. W takim przypadku konieczne będą konsultacje online w wymiarze 2 godzin w ramach doprecyzowania szczegółów, w terminie ustalonym z Zamawiającym.

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: **Piotr Karniej**
mail: **piotr.karniej@wroclaw.merito.pl** tel. **601 880 408**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	ssak elektryczny z zasilaniem akumulatorowo sieciowym na wózku jezdnym		1	szt.	sprzęt medyczny

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie