Numer zapytania	Z249/3/1
Tytuł zapytania	Defibrylator
Kupiec prowadzący:	Szczypel, Iwona
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-11-16 14:38:44
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-11-16 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-11-23 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-11-23 15:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Przedmiotem zamówienia jest **zakup defibrylatora (1 sztuka)** i dostarczenie go pod adres:

Uniwersytet WSB Merito Opole
ul. Augustyna Kośnego 72 | 45-372 Opole

Proszę o składanie ofert.

Dodatkowe informacje/ specyfikacja:

Poziom ochrony IP

IP 55

Odporność na upadki

1,22 m

Odporność na nacisk

500 kg

Potwierdzone bezpieczeństwo defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach

TAK

Waga urządzenia z baterią i elektrodami

1,6 kg

Wymiary defibrylatora (Dł. x Szer. x Wys.)

18 cm x 22 cm x 6 cm

Zakres temperatury pracy

od -20°C do 50°C

Zakres temperatury długotrwałego przechowywania (powyżej 7 dni)

od 0°C do 50°C

Standardowy okres gwarancji producenta na AED

8 lat

Badania kliniczne

TAK

Interaktywny panel graficzny

TAK

Wyświetlacz

NIE

Czas od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania

8 sekund

Instrukcja prowadzenia RKO

TAK

Dostosowywanie głośności poleceń do otoczenia

NIE

Dostosowanie tempa komend do działań ratownika

TAK

Sposób uruchamiania modułu pediatrycznego

klucz pediatryczny

Informacja zwrotna o jakości prowadzonych uciśnięć

NIE

Metronom

TAK

Funkcja szkoleniowa

TAK (zestaw szkoleniowy)

Sposób komunikowania statusu

Migająca zielona dioda

Zmiana języka poleceń głosowych

NIE

Częstotliwość autotestów

codziennie

Komunikacja z urządzeniem

IRDA – port podczerwieni

Czynności po użyciu urządzenia w akcji ratowniczej

wymiana elektrod

Wersja treningowa urządzenia

NIE

Okres przydatności elektrod

min. 24 miesiące

Uniwersalne elektrody dla dzieci i dorosłych

TAK

Kompatybilne z defibrylatorem manualnym

TAK

Detekcja wyschniętych elektrod

TAK

Okres gwarancji producenta na baterię

48 miesięcy od daty instalacji

Ilość defibrylacji maksymalną energią

200

Sposób zasilania urządzenia

bateria litowo- manganowa

- termin realizacji: do 30.11.2023 r.

Dane do wystawienia faktury:

Dane nabywcy:

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

NIP 894-24-50-411, REGON 931893307

Dane odbiorcy:

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu

ul. Kośnego 72, 45-372 Opole

NIP 894-24-50-411, REGON 931893307

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt **MAILOWY**.

Osoba do kontaktu:

Elżbieta Modrzejewska | Kierownik | Biuro Karier
elzbieta.modrzejewska@opole.merito.pl

Uniwersytet WSB Merito Opole
ul. Augustyna Kośnego 72 | 45-372 Opole

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Defibrylator		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 14 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie