

Numer zapytania	Z348/3/1
Tytuł zapytania	Łaźnia wodna czterostanowiskowa W415
Kupiec prowadzący:	Szczypel, Iwona
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-05-21 11:19:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-05-21 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-05-28 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-05-28 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o przygotowanie oferty na łaźnię wodną w ilości 1 szt. wg poniższej specyfikacji.

Łaźnia wodna czterostanowiskowa W415

ŁAŹNIA WODNA JEDNOKOMOROWA CZTEROSTANOWISKOWA W415

CHARAKTERYSTYKA:

- solidna konstrukcja, obudowa wykonana z estetycznej stali nierdzewnej typu "płotno",
- małe gabaryty pozwalają na użytkowanie urządzenia na niewielkiej powierzchni,
- intuicyjna obsługa regulatora temperatury,
- uchwyty do przenoszenia łaźni,
- system wentylacyjny zapobiegający nadmiernemu nagrzewaniu się obudowy,
- łaźnie wyposażone w system alarmujący o braku wody w łaźni z jednoczesną blokadą grzania,
- wyświetlacz temperatury typu LED
- 4 cyfry z rozdzielczością co 0,1 stopnia
- zbiorniki łaźni wykonane metodą tłoczenia ze stali nierdzewnej,
- utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością +/- 0,6 stopnia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- nierdzewna pokrywa z otworami fi 110 pod krążki redukcyjne z regulowaną perforowaną półką
- zestawy krążków redukcyjnych

- przewód zasilający

DANE TECHNICZNE:

Wymiary wanny DxSxG w mm 330x300x150

Wymiary zewnętrzne DxSxW w mm 357x1328x215

Napięcie zasilania (V) 230 VAC

Pojemność całkowita (l) 13

Pobór mocy (W) 1000

Liczba stanowisk 4

Zakres pracy w st. C od +5,0 powyżej temp. otoczenia do 105,0

Stabilność temperatury +/- 0,6 st. C

Rozdzielczość 0,1 st. C

Wyświetlacz 4 cyfry LED

Osoba do kontaktu:

Marcin Pieczyński

Menedżer Kierunku Dietetyka

tel. 500 024 064

marcin.pieczynski@wroclaw.merito.pl

Uniwersytet WSB Merito Opole

ul. Augustyna Kośnego 72 | 45-372 Opole

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Łaźnia wodna czterostanowiskowa W415		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie